

Ta hänsyn till trendpilen när du tar din dos BARN (korrektionsfaktor <1,4 mmol/l)



Trendpil	Korrigerig av insulindos antal enheter Överväg den totala dosen enligt tabellen	Dag	Natt	Fysisk aktivitet
	+4,0 E			
	+3,0 E			
	+2,0 E			
	Ingen justering			
	-2,0 E			
	-3,0 E			
	-4,0 E			

Så här använder du den här tabellen:

- 1. När du ska ta insulin, bestäm din dos som vanligt utifrån ditt glukosvärde och det du eventuellt kommer att äta.**
- 2. Se vilken trendpil du har just nu på din app/mottagare och välj motsvarande trendpil i kolumnen.**
- 3. Överväg att lägga till eller minska din dos utifrån förslaget i kolumnen.**

Det är viktigt att du alltid väger in andra faktorer som kan påverka dosens storlek innan du fattar beslut, t.ex.:

- När togs den senaste dosen?**
- Fysiskt aktiv eller ska vara fysiskt aktiv?**
- Infektion, stress eller andra faktorer som påverkar ditt insulinbehov?**

Läs mer på: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.se | facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige | [@makingdiabeteseasier_se](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_se)



Nordic Infucare AB (Distributör)
Box 14026 · 167 14 Bromma, telefon 08-601 24 40 · www.infucare.com

Tillverkare för Dexcom: Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. dexcom.com
Tillverkare av Omnipod DASH: Insulet Netherlands BV Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Pays-Bas. www.mynipod.com

