

INDLEDENDE INDSTILLINGER TIL OMNIPOD® 5 AUTOMATED INSULIN DELIVERY SYSTEM (mmol/L version)



Fortrolig patientinformation

Patientens navn			
Dato	/	/	Behandlers navn
Telefonnummer	Hospital		
Total daglig dosis insulin før pumpe		enheder	Aktuel total daglig insulin med insulinpumpe
			Enheder

Før undervisningen skal behandleren udfylde indstillingerne skriftligt. Valg af sensor skal drøftes før opstart af Omnipod 5-systemet, og brugeren skal følge brugervejledningen fra Sensor-virksomheden. Planlæg individuel undervisning ved behov. Notér, hvilken kompatibel sensor patienten anvender:

- ☐ Dexcom G6: sender SN _____.
- ☐ Dexcom-sensor skal aktiveres FØR undervisning
- ☐ FreeStyle Libre 2 Plus: en NY sensor skal startes under Omnipod 5-undervisningen

Indledende indstillinger til Omnipod® 5 Kontrolenhed.

*Anbefaling fra diabetesteamet nødvendig

1 > Maks. Basal* (til Manuel Tilstand)				_____ E/time
2 > Basal 1 *	Basalratettrin er 0,05 E/time			
	Tidssegment			
	00.00 til _____	_____ E/time		
	_____ til _____	_____ E/time		
	_____ til _____	_____ E/time		
	_____ til _____	_____ E/time		
	_____ til _____	_____ E/time		
	_____ til _____	_____ E/time		
Samlet mængde Basalinsulin: _____ E/dag	_____ til _____	_____ E/time		
	_____ til _____	_____ E/time		
3 > Midlertidig Basal (%) til Manuel Tilstand	☐ Til ☐ Fra			
4 > Glukosemål*	Tidssegment	Målværdi	Korriger over	
Valgbare Glukosemål: 6,1 - 6,7 - 7,2 - 7,8 - 8,3 mmol/L	00,00 til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L	



5 > Insulin-til-KH-forhold* (min. 1 - maks. 150 g kulhydrater)	Tidssegment	Gram kulhydrater, som dækkes af 1 enhed insulin
	00,00 til _____	_____ g/kulhydrater
	_____ til _____	_____ g/kulhydrater
	_____ til _____	_____ g/kulhydrater
	_____ til _____	_____ g/kulhydrater
	_____ til _____	_____ g/kulhydrater
	_____ til _____	_____ g/kulhydrater
	_____ til _____	_____ g/kulhydrater
	_____ til _____	_____ g/kulhydrater
6 > Korrektionsfaktor* (min. 0,1 - maks. 22,2 mmol/L)	Tidssegment	1 enhed insulin sænker BG med
	00,00 til _____	_____ mmol/L
	_____ til _____	_____ mmol/L
	_____ til _____	_____ mmol/L
	_____ til _____	_____ mmol/L
	_____ til _____	_____ mmol/L
	_____ til _____	_____ mmol/L
	_____ til _____	_____ mmol/L
	_____ til _____	_____ mmol/L
7 > Varighed af insulinens virkning* Kun til Bolus-beregner (2-6 timer)	_____ time	
8 > Max Bolus* Kun Til Bolus-beregner (0,05-30 enheder)	_____ enheder	
9 > Forlænget Bolus (til Manuel Tilstand)	☐ Til ☐ Fra	

Følgende indstillinger er indstillet på forhånd og skal måske ændres efter behov i henhold til den ordinerende behandlers anbefaling.

Disse indstillinger findes under "Indstillinger"		
Målområde for Glukose	Øvre grænse _____ (maks. 11,1 mmol/L)	Nedre grænse _____ (maks. 3,9 mmol/L)
Disse indstillinger findes under "Bolus"		
Minimum Glukose til Beregninger (2,8-3,9 mmol/L)	_____ mmol/L	
Omvendt korrektion (standard indstillet til 3,9)	☐ Til	☐ Fra
Disse indstillinger findes under "Påmindelser"		
Lavt insulinniveau i Pod (standard 10 E)	_____	
Udløb af Pod (standard 4 timer)	_____	
Hvis en FreeStyle Libre 2 Plus-sensor anvendes:		
Indstilling ved lav glukose (3,3 – 5,5 mmol/L)	_____ mmol/L	
Indstilling ved høj glukose (6,7- 22,2 mmol/L)	_____ mmol/L	
Sensorværdier mangler	☐ Til	☐ Fra

I Indstillinger/Generelt/Wi-Fi/Vi se mere - Klik på wifi-præferencer aktiver wi-fi automatisk til (Slå til) - notifikation om åbne netværk (- Slå fra)

Underviser	_____	Underskrift	_____	Dato	_____
Ordinerende behandler	_____	Underskrift	_____	Dato	_____